

纳米颗粒物 排放测量仪 3795-HC 型

便携、精确、适用于高浓度环境

高浓度纳米颗粒物排放测量仪 (NPET) 符合法规要求, 适用于直接测量尾气排放物中的总固体颗粒物数量浓度, 能够在内燃机、汽油发动机、柴油发动机或生物质发电厂等运行中或现场的排放源处直接测量。高浓度 NPET 具有功能强大、用户友好的工业设计, 可供研究人员、监管检查员以及维护人员使用。



高浓度 NPET 源于 3795 型 NPET 的基本功能和独特设计, 让您将实验室级粒子计数带到您的工作现场。仪器与认证测试中使用的仪器设计类似, 内置的催化汽提塔可去除挥发性颗粒物, 仅用于测量总固体颗粒物排放量。

这种设计能够处理远超认证水平的排放水平, 包括后处理系统上游的发动机输出。

功能与优点


- + 使用经过验证的凝聚核粒子计数 (CPC) 技术直接测量颗粒物数量浓度
- + 集成稀释器的采样探头, 能够测量高达 100,000,000 个 /cm³ 的数量浓度
- + 可选测量模式:
 - 适用于科研目的的实时数据记录
 - 用于报告测试循环结果的用户定义协议

应用

- + 在用柴油机械符合性认证
- + 排放后处理设备检验和维护
- + 柴油微粒捕集器 (DPF) 设计改进
- + 汽油微粒捕集器 (GPF) 设计改进
- + 车队排放分析
- + DPF/GPF 再生研究
- + 冷启动排放测量
- + 燃烧排放研究 (生物质、木材燃烧)



UNDERSTANDING, ACCELERATED



深圳市展业达鸿科技有限公司

吕先生: 15920060912 (微信同号) 0755-22934005 (座机)

地址: 深圳市福田区八卦二路八卦岭工业区615栋419

邮箱: hongqi@thingstet.com

网址: www.thingstet.com

产品指标

3795-HC 型纳米颗粒物排放测量仪

不同型号 NPET 仪器差别

	3795	3795-HC
应用	符合瑞士非道路移动机械法规 SR 941.242 的标准尾气测量或认证	高浓度, 如 DPF/GPF 上游、冷启动或生物质燃烧
浓度范围	1,000 - 5×10^6 个 /cm ³	2,000 - 1×10^8 个 /cm ³

规格

粒径范围	23 nm < 50% 41 nm > 50% 固体颗粒物 23 nm - 1 μ m
浓度精度	$\pm 10\%$
响应时间	T _{10%-90%} 和 T _{90%-10%} 4 ± 0.5 秒
流量	0.7 L/min (标称值)
工作液	99.5%+ 试剂级异丙醇; 一次补充最长使用 4 小时
催化分离器	去除 >99% 的挥发性颗粒 (相当于 30 nm 数量中值直径 (NMD), 多分散 C ₄₀ H ₈₂)
环境运行条件	-10°C - 40°C 75 kPa - 106 kPa
设备功率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 100 W 标称值, 200 W 峰值
通信	以太网, 8- 线 RJ-45 插口, 10/100 BASE-T, TCP/IP
尺寸 (高 x 宽 x 长)	10.2" x 13" x 22.4" (26 cm x 33 cm x 57 cm)
重量	13.1 kg (28.9 lbs.)

可选附件

3795-TAB	具有坚固机壳以及以太网接口的戴尔平板电脑
MSPRO4	微软 Surface 平板 (不带机壳或接口)
3795100	3795 软管和探头组件
3795-HCPROBE	3795-HC 软管和探头组件
803105	异丙醇预浸吸液芯 (50 个)
801624	可替换吸液芯组件
8016	30 mL 异丙醇瓶 (16 个)

